

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

ZADAVATEL: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Sídlem: Jaroslava Seiferta 1530/14, Město, 736 01 Havířov 1
Jednající: MUDr. Milan Dlábek, ředitel
IČ: 75139243

Osoba pověřená zadavatelskou činností: Ing. Irena Chavíková.
Sídlo: Pánská 946, Studénka
IČ: 87539632
Telefon, e-mail: + 420 776 253 191, i.chavikova@gmail.com

Název veřejné zakázky – „Dodávka vybavení – elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“

pro projekt: „Nákup vybavení pro Domov seniorů Havířov“, předloženým ke spolufinancování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/36.01771.

Datum odeslání výzvy k podání nabídky: 1. 6. 2015

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám v souladu s čl. 6 Zadávací dokumentace sdělujeme odpovědi na dotazy potenciálních dodavatelů:

Dotaz 1:

jak je to s předpokládanou cenou dílčích částí plnění?

V zadávací dokumentaci nemate uvedeno, že se jedná o cenu maximální. V případě, že bude cenová nabídka vyšší než cena předpokládaná, nebude má nabídka vyřazena?

Odpověď:

na základě Vašeho telefonického dotazu uvádím, že zasláná a zveřejněná zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka vybavení elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím, sprchovací lůžka a pojízdné zvedací hygienické židle“ je v platném znění. Předpokládaná hodnota jednotlivých dílčích částí je hodnotou



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ





zadavatelem **pouze doporučenou jako nejvyšší možnou s ohledem na limity spolufinancování** v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

Dotaz č. 2, ze dne 16.6.2015:

žádám Vás o dodatečné informace k technické specifikaci sprchových lůžek:

1. Elektricky ovládané nastavení zádového dílu se zabudovanou funkcí měkkého startu a s rozsahem sklonu od 1° do 15°.

Může uchazeč nabídnout polohování pomocí plynové pístnice v rozsahu 0°-30° s ovládáním ze dvou stran sprchového lůžka a elektrický polohovatelné pozice tr/antitr?

Odpověď č.2:

V Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v bode 4 je uvedeno: „*Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.*“

Uchazeč může nabídnout polohování pomocí plynové pístnice s ovládáním z obou stran sprchového lůžka a elektricky polohovatelné pozice TR/antiTR.

Tato technická specifikace sprchových lůžek je možná k bodu 1: v původním znění.

Vzhledem k tomu, že nedochází k žádné změně zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na rozšíření okruhu potencionálních dodavatelů/zájemců nebo na zpracování a podání nabídek dodavatele/zájemce, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Havířově dne 19.6.2015

S pozdravem

Ing. Irena Chavíková
Projektový manažer
Panská 946, Studénka
742 13

2



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

