



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka přístrojového vybavení pro centrum denních lázní Bliss Day Spa
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	4674
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Hodonín
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ:	00284891
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V technické specifikaci položky 10 – robotický systém na léčbu ramenního kloubu a celé paže a ruky jsou zkombinovány parametry různých přístrojů a na trhu není přístroj, který splňuje všechny uvedené parametry. Ani přístroj vyobrazený v technické specifikaci nesplňuje všechny požadované parametry. Pokud byste trvali na dodržení všech uvedených parametrů, nedostali by žádnou nabídku, která by tímto požadavkům vyhověla, resp. museli byste všechny nabídky vyloučit pro nesplnění požadovaných parametrů.

Přístroj, který nabízíme, splňuje většinu parametrů uvedených v technické specifikaci:

- Jedná se o systém pro komplexní rehabilitaci horní končetiny
- Mechanický exoskelet umožňující ideální rozsah pohybu ve 3D prostoru
- Přístroj je vhodný pro rehabilitaci po operacích a úrazech ramenního kloubu a pro pacienty s neurologickým postižením horních končetin
- Přístroj je vybaven mechanickým exoskeletem s nastavitelnou kompenzací gravitační tíhy paže a předloktí
- Elektronické nastavení výšky exoskeletu dle výšky pacienta
- Nastavení exoskeletu pro různé rozměry horní končetiny
- Manžety pro uchycení končetiny
- Snímače pohybu v kloubech exoskeletu
- Rukojeť se snímačem stisku
- Snadná přestavba na pravou a levou stranu
- Možnost nastavení podle rozsahu pohybu pacienta
- Motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuálním prostředí
- Zpětnovazební a motivační programy pro rehabilitaci
- Nastavení obtížnosti cvičení
- Analytické softwarové nástroje pro hodnocení terapie

- Databáze pro ukládání patientských údajů a pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů
- Součástí přístroje je řídicí PC a SW s terapeutickými cvičeními
- Jedná se o zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC

Bude zadavatel akceptovat nabídku zahrnující přístroj dle této specifikace?

ODPOVĚĚ 1

V technické specifikaci položky 10) robotický systém na léčbu ramenního kloubu a celé paže, jsou uvedeny parametry, které zadavatel od tohoto přístroje očekává a jaké potřebuje k provádění léčby. Jinou specifikací parametrů, tzn. ani ty navržené v DOTAZU č. 1, zadavatel nepřipouští. Přístroje vyobrazené v technické specifikaci nejsou značkou a neznamena to, že to je přístroj, který zadavatel poptává, vyobrazení symbolizují jen jednu z designových možností. Totéž se týká i přístroje zobrazeného u pol. 10). Platí parametry uvedené v technické specifikaci, tj. že zadavatel připouští srovnatelné výrobky, ty ale musí splňovat veškeré v technické specifikaci uvedené parametry.

DOTAZ 2

Chtěla bych se zeptat, zda máte technickou-projektovou dokumentaci k připravovaným lázním Bliss Day Spa v Hodoníně. Ráda bych viděla návrh místností pro cvičicí stroje a kryokomoru.

ODPOVĚĚ 2

Ano, zadavatel má projektovou dokumentaci k dispozici. Zadavatel poskytuje jako přílohu těchto dodatečných informací výřez z projektové dokumentace pro provádění stavby – kryokomora - č. 212 (označena oranžovou barvou). Místnost pro cvičicí stroje je č. 231 (označena zelenou barvou). Uvedené rozměry obou místností jsou v mm.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)

Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **25.6.2015** Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8)

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **25.6.2015** Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy dodatečných informací:

cvičicí přístroje.pdf

kryokomora.pdf