



## KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2013/2/09-KS

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### Prodávající:

Libor Paufošima PALLMEDIC CZ  
jejímž jménem jedná Libor Paufošima,  
zapsaná u Magistrátu města Brna, Živnostenský úřad, č.j. MMB/0039121/2012  
Sídlo: Čejkovická 4093/13  
IČ: 41562861  
DIČ: CZ6106072258  
Bankovní spojení: FIO banka a.s., číslo účtu: 2900270750/2010

a

#### Kupující:

**Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace**  
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278  
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín  
IČ: 62182137  
DIČ: CZ62182137  
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.s.

### II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dodat kupujícímu 30 ks injekčních dávkovačů, včetně mechanismu úchytu injekčního dávkovače na vertikální nebo horizontální lištu v sanitním vozidle, tak, jak jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (*dále též jen „zboží“*), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude v souladu se všemi právními předpisy i všemi technickými normami a bude splňovat zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající se dále zavazuje, že dodané zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této smlouvy budou v souladu se všemi zadávacími podmínkami ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ZZS ZK – injekční dávkovače“ provedeném kupujícím



jako zadavatelem (zn. zadavatele VZ/2013/2/09) a v souladu s nabídkou podanou prodávajícím v tomto výběrovém řízení.

3. Kupující se zavazuje zboží v době stanovené touto smlouvou převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku III. této smlouvy.

### **III.**

#### **Cena a platební podmínky**

1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

- 719.400,- Kč (slovy sedmsetdevatenácttisícčtyřistakorun).

V této kupní ceně není zahrnuta DPH. Částka DPH stanovená podle příslušných právních předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci.

2. Kupní cena uvedená v tomto článku je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a konečná pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní smlouvy. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky, jiné přírážky a další náklady prodávajícího.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zboží kupujícímu, po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně dodávky zboží.

4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 dní od data jejího doručení kupujícímu.

5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené faktury fakturu novou, přičemž doba splatnosti ve sjednané délce běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6. Za den zaplacení kupní ceny či její části se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

### **IV.**

#### **Dodací podmínky**

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího: Peroutkovo nábř. 434,760 01 Zlín.

2. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do dne 31.12. 2013. V případě prodlení s dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.

3. Prodávající je povinen dodat zboží se všemi doklady potřebnými k řádnému užívání zboží, včetně, nikoliv však výlučně, návodu k používání v českém jazyce.

4. Kupující není povinen zboží převzít, pokud dodávané zboží vykazuje jakékoliv vady. O předání a převzetí dodaného zboží bude sepsán a smluvními stranami podepsán předávací protokol.

## **V.**

### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady, servis**

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.

2. Nároky kupujícího z vad zboží, jakož i postup při oznamování vad zboží (reklamací), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou však nebude aplikováno ustanovení §428 obchodního zákoníku.

3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu úplné záruční, mimozáruční i pozáruční servisní služby ve vztahu ke zboží včetně prodeje náhradních dílů ke zboží, a to po dobu nejméně 5 let ode dne uzavření této kupní smlouvy.

## **VI.**

### **Ostatní ujednání**

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží prodávanému podle této smlouvy okamžikem předání a převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané zboží.

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti prodávajícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího s uskutečněním dodávky zboží přesahující 30 kalendářních dnů.

3. Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za kupujícím vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

*Sub*

## VII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení platnosti smlouvy. Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, organizační či koncepční povahy, týkajících se výkonu vlastních činností kupujícího.
4. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla kupujícího.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.


- 6 - 12 - 2013

Ve Brně . dne 4.12.2013

Ve Zlíně dne .....

.....  
prodávající

Libor Paufošima PALLMEDIC CZ  
**Libor Paufošima**  
ředitel



.....  
kupující  
Zdravotnická záchranná služba  
Zlínského kraje, příspěvk. organizace  
**JUDr. Josef Valenta**  
ředitel

## Příloha č. 1

### KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2013/2/09-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

**Prodávající:**

**Libor Paufošima PALLMEDIC CZ, Čejkovická 4049/13, 628 00 Brno**

**Kupující:**

**Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace**

### Injekční dávkovače

| VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Injekční dávkovač pro přesné dávkování léčiv (ČSN EN 60601-1*, ČSN 60601-2-24**)</i>                                                                                                                        |  |
| ovládací prvky v českém jazyce                                                                                                                                                                                 |  |
| jednoduché intuitivní ovládání, snadné využití přístroje v režimu PNP                                                                                                                                          |  |
| konstrukční prvky umožňující jednoduché, rychlé a bezpečné založení injekčních stříkaček                                                                                                                       |  |
| provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití                                                                                                                                              |  |
| provozní odolnost proti prachu a vodě (min.IP31)                                                                                                                                                               |  |
| odolnost proti vibracím v úrovni a míře umožňující použití injekčních dávkovačů v pozemních vozidlech                                                                                                          |  |
| grafický displej s přehledným zobrazením provozních informací o činnosti dávkovače, nastavitelná intenzita displeje pro noční režim.s vysokou rozlišovací schopností umožňující sledování hodnotných informací |  |
| rozsáhlá knihovna léků s možností vlastní aktualizace, včetně vytváření mezních hodnot dávkování pro jednotlivé léky (maximální rychlost a objem dávkování, maximální rychlost a objem bolusu.)                |  |
| podpora pro snadný výpočet rychlosti dávkování z objemu, času, koncentrace, váhy                                                                                                                               |  |
| okamžitá informace o průběhu infúze                                                                                                                                                                            |  |
| použití širokého spektra injekčních stříkaček: 10, 20, 30, 50 ml, všechny standardní typy                                                                                                                      |  |
| nastavitelné identifikační informace o přístroji: oddělení, inventární číslo ...                                                                                                                               |  |
| nastavitelná identifikace pacienta                                                                                                                                                                             |  |
| TECHNICKÉ PARAMETRY                                                                                                                                                                                            |  |
| Rychlost dávkování: 0,1 ml/h až 1 000ml/hod s krokem 0,1 ml/hod                                                                                                                                                |  |
| Mikrodávkování: 0,11 až 99,99 ml/hod s krokem 0,01 ml/hod                                                                                                                                                      |  |
| Bolus: rychlost 0,1 až 1 000ml/hod, objem 0,5 až 10 ml                                                                                                                                                         |  |
| KVO (KEEP-VEIN-OPEN): 1 až 3 ml/hod (nebo vypnuto)                                                                                                                                                             |  |
| Přesnost dávkování: +/- 2 %                                                                                                                                                                                    |  |
| Nastavení limitního času: 1 min až 99 h 59 min s krokem 1 min                                                                                                                                                  |  |
| Nastavení limitního objemu: 0,1 ml – 999,9 ml s krokem 0,1 ml                                                                                                                                                  |  |
| Nastavení limitního tlaku: 30 kPa až 120 kPa s krokem 1 kPa                                                                                                                                                    |  |
| Napájení: vnější - AC 230 V x 50 Hz, DC 12-18 V; vnitřní akumulátor                                                                                                                                            |  |

Libor Paufoš  
PALLMEDIC-CZ

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba provozu vnitřního NiCd akumulátoru: min. 2 hodiny                                                                                                                                                                                                    |
| Antibolusový systém: při okluzním alarmu přetlak automaticky snížen na 10 kPa                                                                                                                                                                             |
| Dynamický tlakový systém: zapnuto nebo vypnuto (indikace rozpojení setu)                                                                                                                                                                                  |
| Indikace alarmů: opticky a akusticky s popisem závady                                                                                                                                                                                                     |
| Systém provozních alarmů a předzvěstí: nedovolená manipulace se stříkačkou<br>nastaveno 0,0 ml/h<br>konec dávky<br>předzvěst konce dávky<br>předpokládané rozpojení setu<br>okluzní tlak<br>vybitá baterie<br>déle než dvě minuty bez povelu<br>KVO režim |
| <b>POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAŽDÉMU PŘÍSTROJI</b>                                                                                                                                                                                                        |
| polohovací držák k přístroji - jeden držák na každý jeden přístroj                                                                                                                                                                                        |
| návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce                                                                                                                                                                                                      |

Poznámky:

- **Norma ČSN EN 60601-1\*** definuje všeobecné požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů
- **Norma ČSN EN 60601-2-24\*\*** definuje toto zařízení jako: *Přístroj určený pro řízenou infuzi kapalin do pacienta pomocí jedné nebo více stříkaček pro jedno použití nebo podobných kontejnerů (například zásobníků vyprazdňovaných zatlačováním jejich pístu) a u kterého je rychlost dávkování nastavena obsluhou a indikována přístrojem jako objem za jednotku času.*

Každý injekční dávkovač bude zabalen samostatně, součástí každého samostatného balení bude návod na skladování, použití a údržbu v českém jazyce.

- 6 - 12 - 2013

Ve Brně dne 4. 12. 2013

Ve Zlíně dne .....

  
.....  
prodávající  
Libor Paufošima PALLMEDIC CZ  
Libor Paufošima - ředitel

**Zdravotnická záchranná služba  
Zlínského kraje, p.o.  
Peroutkovo nábřeží 434  
760 01 Zlín**

.....  
kupující  
Zdravotnická záchranná služba  
Zlínského kraje, příspěvková organizace  
**JUDr. Josef Valenta**  
ředitel

Libor Paufošima PALLMEDIC-CZ  
Čejkovice 13  
623 00 Brno  
Czech Republic  
IČ: 41562861 DIČ: CZ6106072258