

KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2018/3/04-KS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Prodávající:

MEDIPRAX CB s.r.o.

jejímž jménem jedná Ing. Jan Mach, jednatel

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 5633

Sídlo: Husova tř. 624/43, 370 05 České Budějovice

IČ: 63886731

DIČ: CZ63886731

Bankovní spojení: 712046453/0300

a

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278

Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137

DIČ: CZ62182137

Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.s.


II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dodat kupujícímu celkem **18 kusů** transportních plicních ventilátorů odpovídajících podrobné specifikaci uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě, přičemž tato příloha je nedílnou součástí této smlouvy (*dále též jen „zařízení“ nebo „zboží“*), z toho

- třináct kusů transportních plicních ventilátorů dodá prodávající kupujícímu v konfiguraci označené v příloze č. 1 jako **TYP I**, a to konkrétně transportní plicní ventilátory
 - o výrobce: Weinmann EMT
 - o typové označení: MEDUMAT Standard a
- pět kusů transportních plicních ventilátorů dodá prodávající kupujícímu v konfiguraci označené v příloze č. 1 jako **TYP II**, a to konkrétně transportní plicní ventilátory
 - o výrobce: Weinmann EMT
 - o typové označení: MEDUMAT Easy CPR

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k zařízení.

2. Prodávající se zavazuje, že dodané zařízení bude v souladu se všemi právními předpisy i všemi technickými normami a bude splňovat zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající se dále zavazuje, že dodané zařízení i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této smlouvy budou v souladu se všemi zadávacími podmínkami



Handwritten signature or mark in blue ink.

v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „ZZS ZK – Transportní plicní ventilátory“ provedeném kupujícím jako zadavatelem (zn. zadavatele VZ/2018/3/04) a v souladu s nabídkou podanou prodávajícím v tomto zadávacím řízení.

3. Prodávající se dále zavazuje při dodání zařízení provést instalaci zařízení na místa určená kupujícím a proškolit obsluhu v zacházení se zařízením a v používání zařízení. Proškolení bude provedeno v termínech dohodnutých smluvními stranami samostatně na každé z pěti oblastí zadavatele (Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské Meziříčí), vždy nejméně v rozsahu 2 hodin.

4. Kupující se zavazuje zařízení v době stanovené touto smlouvou převzít a zaplatit za zařízení kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku III. této smlouvy.

III.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem
- 2.460.000,- Kč (slovy dvě miliony čtyřista šedesát tisíc korun českých).

V této kupní ceně není zahrnuta DPH. Částka DPH stanovená podle příslušných právních předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci. V této kupní ceně je zahrnuta instalace zařízení, proškolení obsluhy podle článku II., odst. 3 této smlouvy a pravidelné bezpečnostně technické kontroly zboží po dobu trvání záruční lhůty na zboží jako celek, s výjimkou baterií.

2. Pro účely výpočtu jednotlivých plateb za uskutečněné dílčí dodávky zařízení se uvádí, že

- cena za jeden transportní plicní ventilátor v konfiguraci označené v příloze č. 1 jako **TYP I.** činí 155.000,- Kč bez DPH;
- cena za jeden transportní plicní ventilátor v konfiguraci označené v příloze č. 1 jako **TYP II.** činí 89.000,- Kč bez DPH.

3. Kupní cena uvedená v tomto článku je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a konečná pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní smlouvy. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky, jiné přírážky a další náklady prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zařízení kupujícímu, vždy po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně každé dílčí dodávky zařízení. Částka uvedená ve faktuře bude vždy odpovídat skutečně dodanému zařízení, tj. počtu skutečně dodaných transportních plicních ventilátorů v každé z konfigurací.

5. Doba splatnosti faktur je stanovena na 21 dní od data jejich doručení kupujícímu.

6. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené faktury fakturu novou, přičemž doba splatnosti ve sjednané délce běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

7. Za den zaplacení kupní ceny či její části se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

IV. Dodací podmínky

1. Místem dodání zařízení je sídlo kupujícího na adrese Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín. Prodávající dodá zařízení do místa dodání na své náklady.
2. Prodávající dodá zařízení kupujícímu postupně ve třech dílčích dodávkách takto:
 - první dílčí dodávka v počtu 5 kusů transportních plicních ventilátorů TYPU I. a 2 kusů transportních plicních ventilátorů TYPU II. bude uskutečněna nejdříve dne 1. 10. 2018, nejpozději však dne 1. 11. 2018,
 - druhá dílčí dodávka v počtu 4 kusů transportních plicních ventilátorů TYPU I. a 2 kusů transportních plicních ventilátorů TYPU II. bude uskutečněna nejdříve dne 1. 3. 2019, nejpozději však dne 1. 4. 2019
 - třetí dílčí dodávka v počtu 4 kusů transportních plicních ventilátorů TYPU I. a 1 kusu transportního plicního ventilátoru TYPU II. bude uskutečněna nejdříve dne 1. 3. 2020, nejpozději však dne 1. 4. 2020.
3. Prodávající vždy oznámí den uskutečnění každé jednotlivé dílčí dodávky kupujícímu nejpozději 14 dnů předem.
4. Prodávající je povinen dodat zařízení se všemi doklady potřebnými k řádnému užívání zařízení, včetně, nikoliv však výlučně, návodu k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě v českém jazyce.
5. Kupující není povinen žádnou dílčí dodávku zařízení převzít, pokud dodávané zařízení vykazuje jakékoliv vady. O předání a převzetí dodaného zařízení bude vždy při uskutečnění každé dílčí dodávky sepsán a smluvními stranami podepsán předávací protokol.

V. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, servis

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zařízení v délce 24 měsíců. Takto poskytnutá záruka se vztahuje na zařízení jako celek, tj. na všechny jeho součásti a příslušenství, s výjimkou baterií. Záruční doba na baterie činí 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží stvrzeného podpisem předávacího protokolu.
2. Nároky kupujícího z vad zařízení, jakož i postup při oznamování vad zařízení (reklamací), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu úplné záruční, mimozáruční i pozáruční servisní služby ve vztahu k zařízení, a to po dobu 6 let ode dne uskutečnění poslední dílčí dodávky podle této smlouvy. Prodávající je povinen nastoupit k opravě zařízení (přístroje), a to bez ohledu na to, zda jde o opravu záruční, mimozáruční či pozáruční, nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu kupující oznámí vadu, poškození či poruchu zařízení. Prodávající je v každém případě povinen provést opravu zařízení nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vady, poškození či poruchy zařízení.
4. Prodávající se zavazuje provádět pro kupujícího pravidelné bezpečnostně technické kontroly zboží podle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, v intervalech určených výrobcem zařízení, a to bezplatně po dobu trvání záruční lhůty na zboží jako celek, s výjimkou baterií. Po uplynutí záruční lhůty na zboží jako celek, s výjimkou baterií, bude prodávající pro kupujícího provádět pravidelné bezpečnostně technické kontroly zboží podle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, v intervalech určených výrobcem zařízení, za cenu určenou

podle v té době platného ceníku prodávajícího.

5. Bude-li k odstranění záruční, mimozáruční či pozáruční vady či poruchy zařízení (přístroje) potřebný čas delší než 72 hodin, zavazuje se prodávající po dobu 6 let ode dne uskutečnění poslední dílčí dodávky podle této smlouvy vždy bezplatně zapůjčovat kupujícímu na dobu trvání opravy náhradní zařízení stejného druhu se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

VI. Ostatní ujednání

1. Kupující nabude vlastnické právo k zařízení prodávanému podle této smlouvy okamžikem předání a převzetí zařízení. Nebezpečí škody na zařízení přechází na kupujícího okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané zařízení.

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení povinností prodávajícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího s uskutečněním kterékoliv dílčí dodávky zařízení přesahující 30 kalendářních dnů.

3. Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za kupujícím vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které byly přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení platnosti smlouvy. Prodávající je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech provozní, organizační či koncepční povahy, týkajících se výkonu vlastních činností kupujícího.

4. Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající, se řídí českým právem, s výjimkou kolizních ustanovení a s výjimkou Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice, přičemž místní příslušnost soudu se určí podle sídla kupujícího.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s nímž souhlasí a nemají vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

V Č. Budějovicích dne 5. 9. 2018



.....
prodávající
MEDIPRAX CB s.r.o.

Ing. Jan Mach
jednatel

MEDIPRAX CB s.r.o. ①

Husova 43
370 05 České Budějovice
Tel./fax: 385 310 382
Tel./fax: 385 310 396

Ve Zlíně dne 1. 9. -09- 2018



.....
kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěv. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín



PŘÍLOHA č. 1

KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2018/3/04-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:
MEDIPRAX CB s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Transportní plicní ventilátor TYP I.

Všeobecné vlastnosti	
Požadovaný parametr:	
-	Tlakový dýchací přístroj pro řízenou (IPPV), asistovanou (SIMV) umělou plicní ventilaci (splňující podmínky ČSN EN 794-3; EN 60601-1-2)
-	Hmotnost vlastního přístroje s pac. okruhem: do 1,5kg
-	Jednoduché intuitivní ovládání, snadné využití přístroje v podmínkách PNP, tj. v mobilních prostředcích
-	Časové řízení, konstantní objem, konstantní tlak
-	Provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití (cca -18 až + 60 st. Celsia)
-	Provozní plyn: medicínální kyslík
-	Možnost nastavení koncentrace kyslíku alespoň na úrovních cca 60 až 100 obj. % kyslíku (airmix, no airmix)
-	Požadovaný průtok plynu: 70 l/min O2
-	Dechová frekvence: plynule nastavitelná od 8 do 40 / min
-	Minutový dechový objem (MV) plynule nastavitelný: od 3 do 20 l/min
-	Napájení el. energií: bezúdržbová lithiová baterie
-	Provozní odolnost proti vodě (min. IPX4)
-	Systém optických a akustických provozních alarmů viditelných i za ztížených světelných podmínek, indikující: - o nízký tlak v kyslíkové lahvi, - o nízký či vysoký tlak v dýchacích cestách, - o rozpojení systému
Příslušenství	
-	Držák nosné jednotky na stěnu sanitního vozu (splňující podmínky EN 1789+A2)
-	Možnost zavěšení nosné jednotky na lůžko nebo eurolištu
-	Přenosná brašna na nosnou jednotku s možností umístění 2l kyslíkové tlakové láhve a pomůcek potřebných pro zajištění DC (tlaková láhev není požadována)
-	Redukční ventil se dvěma výstupy jako zdroj kyslíku pro další přístroje či přímý zdroj O2 pro pacienta
-	Tlaková hadice na připojení jednotky na rozvod kyslíku ve voze
-	Silikonová, vrapovaná dýchací hadice s patientským ventilem (možnost využití i jednorázového patientského okruhu)
-	Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

Transportní plicní ventilátor TYP II.

Všeobecné vlastnosti	
Požadovaný parametr:	
-	Dýchací přístroj pro krátkodobou řízenou ventilaci (IPPV), inhalaci kyslíku s hlasovými pokyny a režimem pro KPR (splňující podmínky ČSN EN 794-3+A2; EN 60601-1)
-	Hmotnost vlastního přístroje s pac. okruhem: do 1kg
-	Funkce metronomu pro asistenci při stlačování hrudníku
-	Jednoduché intuitivní ovládání, snadné využití přístroje v podmínkách PNP, tj. v mobilních prostředcích
-	Časové řízení, konstantní objem
-	Provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití (cca -18 až + 60 st. Celsia)
-	Provozní plyn: medicínální kyslík
-	Požadovaný průtok plynu: 70 l/min O ₂
-	Dechová frekvence: plynule nastavitelná od 10 do 25 / min
-	Dechový objem (V _t) plynule nastavitelný: od 0,1 do 1 l
-	Napájení el. energií: bezúdržbová lithiová baterie
-	Provozní odolnost proti prachu a vodě (min. IP 54)
-	Systém optických a akustických provozních alarmů viditelných i za ztížených světelných podmínek indikující: - o nízký tlak v kyslíkové lahvi, - o nízký či vysoký tlak v dýchacích cestách, - o rozpojení systému
Příslušenství	
-	Přenosná brašna nebo batoh na záda pro uložení zařízení, včetně možnosti umístění 2l kyslíkové tlakové láhve a pomůcek potřebných pro zajištění DC (tlaková láhev není požadována).
-	Redukční ventil se dvěma výstupy jako zdroj kyslíku pro další přístroje či přímý zdroj O ₂ pro pacienta.
-	Tlaková hadice na připojení jednotky na rozvod kyslíku ve voze.
-	Silikonová, vrapovaná dýchací hadice s patientským ventilem (možnost využití i jednorázového patientského okruhu).
-	Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce.

V Č. Budějovicích dne 5. 9. 2018



prodávající
MEDIPRAX CB s.r.o.

Ing. Jan Mach
jednatel

MEDIPRAX CB s.r.o. ①
Husova 43
370 05 České Budějovice
Tel./fax: 385 310 382
Tel./fax: 385 310 396

Ve Zlíně dne 10. -09- 2018



kupující
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěv. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

