

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie pevně spojená se stavbou - 1.část
Evidenční číslo veřejné zakázky:	351780
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Sídlo:	J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
IČ:	276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. (dále jen “veřejný zadavatel“) v zadávací dokumentaci v části **SWAZEK 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ČÁST 3 (Operační svítidla)** požaduje operační světlo s následujícím parametrem „Teplota barev nastavitelná ve třech krocích a hodnotách cca. 3800 K, 4300 K, 4800 K“. Volitelná teplota chromatičnosti má význam čistě teoretický a pouze v ideálních podmínkách, kdy nedochází k zastínění LED diod. V tomto případě je totiž teplota chromatičnosti závislá i na sebemenším zastínění světla tělem operátora, což má za následek vždy jiný odstín operované tkáně. V současné době lze tomuto jevu předejít monochromatickým světlem, jehož teplota chromatičnosti není nijak ovlivněna stíněním světla.

Dotaz:

Lze tedy nabídnout i operační svítidlo monochromatické 4400 K, a to vzhledem k výše uvedenému a lepšímu praktickému užití?“

ODPOVĚĎ

Ne, jiné než zadavatelem požadované operační svítidlo není možné nabídnout (bylo by to posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek).

Zadavatel požaduje splnění předepsaného technického parametru operačních svítidel „Teplota barev nastavitelná ve třech krocích a hodnotách cca. 3800 K, 4300 K, 4800 K“. Nastavitelná teplota barev 3800K, 4300K a 4800K umožňuje operátorovi vždy optimální vizuální podmínky podle perfuze operovaného pole. Změnou barevné teploty lze také dosáhnout lepšího kontrastu v souladu s typem tkáně a strukturou operačního pole.

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 28. 8. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností