

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Počítačový tomograf CT
Evidenční číslo veřejné zakázky:	366182
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Sídlo:	J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
IČ:	276 60 915
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

- 1) V zadávací dokumentaci v části svazek 4. Technická specifikace CT v bodu 1 „Požadavky na HW“ je požadován mimo jiné tento parametr:

Min.šíře detektoru v ose Z 30 mm

Tento parametr je pro nás diskriminující, domníváme se, že účelový, protože díky němu se nemůže naše firma soutěžit s 64 vrstevným přístrojem účastnit.

64-řadý CT přístroj od naší firmy obsahuje 32 fyzických vrstev na detektoru (šířka detektoru v ose z 19,2 mm) a s pomocí kmitajícího ohniska lampy Straton v z-směru těchto 32 řad přečteme dvakrát po sobě s ohniskem posunutým o 0,3 mm. Tím získáváme z akvizičního systému z každé projekce 64 datových stop v ose z (nevytváří se žádnou interpolací následně v počítači). Tento překrývací se způsob akvizice dat nám umožňuje nastavit při vyšetření větší pitch (posun stolu) beze ztráty kvality obrazu, vyšetření je tedy provedeno rychleji a s menší dávkou pro pacienta než u klasických 64-vrstvých přístrojů se širokým detektorem. Navíc díky překrývajícím se kanálům dosahujeme unikátního rozlišení 0,3 mm (30Lp/cm), které je s klasickým systémem těž nedosažitelné.

Domníváme se, že jestliže přístroj je schopen snímat současně 64 vrstev s kolimací 64x max. 0,625 mm, potom se jedná o 64 vrstvý přístroj pokrývající jednoznačně spektrum požadovaných vyšetření.

Stejná technologie je též používána i dalšími výrobci u přístrojů nejvyšší třídy, např. 128 a 256 vrstvé CT přístroje. Naše firma tuto technologii používá již od 64 vrstvých přístrojů výše.

Jediné vyšetření, kdy by zdánlivě mohl být širší detektor výhodou, je perfusní objemové vyšetření mozku. Zde u ostatních firem šířka skenovaného objemu skutečně závisí na šířce detektoru. Naše firma ale používá pro perfusní vyšetření cyklický dynamický pohyb stolu a tím jsme schopni nabídnout mimořádně široký objem perfusního skenu 8 cm, v souladu s požadavkem Vaší technické specifikace.

Dotaz č. 1:

Je možné nabídnout 64 vrstvý CT přístroj se stejnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi a s šířkou detektoru v ose Z menší než 30 mm?

ODPOVĚĎ 1

Není. Zadavatel trvá na technických požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci, které nediskriminují žádného uchazeče a odpovídají vlastnostem a možnostem CT systémů určité výkonnostní třídy, kterou si zadavatel určil s ohledem na účel použití a klinicko-medicínské požadavky.

DOTAZ 2

2) V zadávací dokumentaci v části svazek 4. Technická specifikace CT v bodu 2 „Požadavky na softwarové zpracování“ je v části portálový server požadavek na softwarové vybavení CT virtuální endoskopie (bronchoskopie).

Dotaz č. 2:

Je možné pro virtuální endoskopie (bronchoskopie) použít software pro virtuální CT kolonografii, který nabízí řadu komfortních funkcí pro průlet jak střevem, tak dýchacími cestami ?

ODPOVĚĎ 2

Ano, za předpokladu, že SW umožňuje endoskopické vyšetření tračníku a trachei.

INFORMACE

Zadavatel zpřesňuje zadávací dokumentaci, Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky. Zadavatel doplňuje bod 9.4. Technická specifikace nabízeného CT novým zpřesněným zněním. Původní znění bodu 9.4. se ruší a nahrazuje se novým, níže uvedeným zněním:

9.4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO CT

Jako součást návrhu smlouvy předloží dodavatel i technickou specifikaci nabízených přístrojů. Technickou specifikací se rozumí:

- Přesný obchodní název každého nabízeného prvku dodávky (přístroje)
- Výrobce
- Formulář s požadavky zadavatele na technické parametry
- Prospekt s uvedením základních technických údajů každého nabízeného prvku dodávky (přístroje)

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá základní požadavky na dodávané přístroje, které musí dodavatel ve své nabídce respektovat.

Zadavatel umožňuje předložení prospektu či jiné technické dokumentace i v jiném než českém a slovenském jazyce, pokud z tohoto dokladu budou zřejmé všechny zadavatelem požadované údaje.

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 15. 10. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností