

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka přístrojového vybavení pro centrum denních lázní Bliss Day Spa
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505384
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Hodonín
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ:	00284891
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V technické specifikaci položky 10 – robotický systém na léčbu ramenního kloubu a celé paže a ruky jsou zkombinovány parametry různých přístrojů a na trhu není přístroj, který splňuje všechny uvedené parametry. Ani přístroj vyobrazený v technické specifikaci některé parametry nesplňuje.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda požaduje přístroj, který odpovídá této specifikaci:

- musí být nabídnut certifikovaný zdravotnický prostředek dle evropské direktivy 93/42/EEC
- mechanické rameno pro rehabilitaci horní končetiny včetně ramene
- musí splňovat podmínky pro rehabilitaci po operacích a úrazech ramenního kloubu
- může splňovat podmínky pro využití při neurologickém poškození horních končetin
- rozsah pohybu v ramenním kloubu: flexe/extenze 90° -20°, elevace 20°- 180°, horizontální abdukce/addukce 45° - 135°, vnitřní/vnější rotace 90° -45°
- nejméně dvě nezávislé motorizované jednotky

nebo přístroj, který odpovídá této specifikaci:

- musí být nabídnut certifikovaný zdravotnický prostředek dle evropské direktivy 93/42/EEC
- bude vybaven mechanickým exoskeletem s nastavitelnou kompenzací gravitační tíhy paže
- elektronické nastavení výšky exoskeletu dle výšky pacienta

- nastavení exoskeletu pro různé rozměry horní končetiny
- bude vybaven manžetami pro uchycení končetiny
- součástí budou snímače pohybu v kloubech exoskeletu
- součástí bude rukojeť se snímačem síly stisku
- snadná přestavba na pravou a levou stranu
- nastavení podle rozsahu pohybu pacienta
- motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuálním prostředí
- nastavení obtížnosti cvičení
- softwarové nástroje pro hodnocení a srovnání terapie
- databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů
- modul pro ukládání patientských údajů
- ukládání a export dat
- součástí bude PC, monitor, klávesnice a myš
- bude zajištěn záruční i pozáruční servis v rámci České republiky
- součástí dodávky bude zaškolení personálu

ODPOVĚĎ 1

V technické specifikaci položky 10) robotický systém na léčbu ramenního kloubu a celé paže, jsou uvedeny parametry, které zadavatel požaduje. Jinou specifikaci parametrů, tzn. ani ty navržené v DOTAZU č. 1, nepřipouštíme. Přístroje vyobrazené v technické specifikaci nejsou značkou a neznamena to, že to je přístroj, který poptáváme, symbolizují jen jednu z designových možností. Totéž se týká i přístroje zobrazeného u pol.10). Zadavatel připouští ty výrobky, které splňují v technické specifikaci uvedené parametry.