

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici**
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 5012
- 1.3. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: MMN a.s.
 Sídlo: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
 IČO: 05421888
- 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
- 1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele a z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Jako uchazeč o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „**Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici**“ Vás tímto žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v níže uvedeném rozsahu. Zadavatel v **Části E Diagnostická technika** u položky POCT acidobazický analyzátor vymezil technické požadavky následujícím způsobem:

<i>Technická specifikace</i>	<i>Požadavek zadavatele</i>	<i>Nabídka dodavatele</i>
měřicí rozsah jednotlivých parametrů:		
pCO ₂	0,4 - 26 kPa	0,8 - 15,33 kPa
pO ₂	0,0 - 105 kPa	0,67 - 106,666 kPa
Na ⁺	80 - 200 mmol/l	100 - 200 mmol/l
Cl ⁻	50 - 200 mmol/l	40 - 170 mmol/l

Akceptuje zadavatel výše uvedené měřicí rozsahy námi nabízeného analyzátoru? Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětově druhý nejrozšířenější systém acidobazických analyzátorů, nepředpokládáme, že by tímto vznikly zadavateli jakákoli omezení v péči o pacienty.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na svém požadavku a bude akceptovat toleranci 10% (horší hodnota parametru). V případě nabídky, kde bude překročena hodnota tolerance o více než 10% (horší hodnota parametru), bude taková nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V případě nabídky, kde bude nabídnut technický parametr převyšující hodnotu tolerance o více jak 10 % (lepší hodnota parametru), bude taková nabídka akceptována. Pokud je u číselného parametru uvedeno "minimálně" nebo "maximálně", jsou tyto hodnoty zcela závazné (bez tolerance) a horší hodnota bude považována za nesplnění požadavků zadavatele.

DOTAZ 2

Ve formulářích technické specifikace všech ultrazvukových přístrojů (položky E8 až E12) je uveden požadavek na konvexní abdominální sondu s frekvenčním rozsahem minimálně 2-6 MHz. Námi nabízené ultrazvukové přístroje plně vyhovující ostatním technickým požadavkům a rovněž zcela splňující požadované klinické použití mají konvexní abdominální sondu s frekvenčním rozsahem udávaným výrobcem od 2 do 5 MHz. Tento rozdíl oproti požadovanému frekvenčnímu rozsahu je klinicky bezvýznamný, i ve vztahu k různým způsobům měření a následnému udávání frekvenčního rozsahu jednotlivými výrobci. Dotaz: Je možné nabídnout konvexní abdominální sondu s frekvenčním rozsahem udávaným výrobcem v rozsahu 2-5 MHz?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel stanovil frekvenční rozsah z důvodu požadavku většího rozsahu hloubky průniku ultrazvukové vlny tkáněmi, a proto i nadále trvá na požadovaném frekvenčním rozsahu sondy.

DOTAZ 3

(infuzní pumpa)

Zadavatel v zadávací dokumentaci v technické specifikaci, ve formuláři „technické požadavky na infuzní pumpu“ požaduje: **krokování rychlosti infuze minimálně po 0,1 ml/h**. Uchazeč nabízí krokování rychlosti infuze aktuálně dle zvolené rychlosti infuze s možností nastavení takto: 0.01 ml (0.1-99.99 ml/hod); 0.1 ml (100-999.9 ml/hod); 1 ml (1000-2000 ml/hod), což optimalizuje celkové nastavení infuzní pumpy. Tento způsob krokování rychlosti infuze nemá negativní vliv na medicínský účel, za kterým je tento zdravotnický prostředek pořizován.

Splní uchazeč tímto způsobem požadavek zadavatele na krokování rychlosti infuze?

ODPOVĚĎ 3

Ačkoli zadavatel požaduje vysokou přesnost při podávání i minimálních dávek (krokování po 0,1 ml), krokování po 0,01 ml považuje za nadbytečné a nepožaduje jej, a to ani při použití pumpy u dětí. S cílem prevence komplikací a bezpečnosti podávání infusí a léčiv zadavatel požaduje maximální rychlost 1.200 ml/hodinu. Proto i nadále trvá na požadovaných technických parametrech.

DOTAZ 4

(lineární dávkovač)

Zadavatel v zadávací dokumentaci v technické specifikaci, ve formuláři „technické požadavky na lineární dávkovač“ požaduje: **krokování rychlosti infuze maximálně po 0,1 ml/h**. Uchazeč nabízí krokování rychlosti infuze aktuálně dle zvolené rychlosti infuze s možností nastavení takto: 0.01 ml (0.1-99.99 ml/hod); 0.1 ml (100-999.9 ml/hod); 1 ml (1000-1500 ml/hod), což optimalizuje celkové nastavení infuzní pumpy. Tento způsob krokování rychlosti infuze nemá negativní vliv na medicínský účel, za kterým je tento zdravotnický prostředek pořizován.

Splní uchazeč tímto způsobem požadavek zadavatele na krokování rychlosti infuze?

ODPOVĚĎ 4

Ačkoli zadavatel požaduje vysokou přesnost při podávání i minimálních dávek (krokování po 0,1 ml), krokování po 0,01 ml považuje za nadbytečné a nepožaduje jej, a to ani při použití pumpy u dětí. S cílem prevence komplikací a bezpečnosti podávání infusí a léčiv zadavatel požaduje maximální rychlost 1.200 ml/hodinu. Proto i nadále trvá na požadovaných technických parametrech.

DOTAZ 5

(lineární dávkovač)

Zadavatel v zadávací dokumentaci v technické specifikaci, ve formuláři „technické požadavky na lineární dávkovač“ požaduje: **přesnost dávkování přístroje maximálně +/- 2 %**. Uchazeč nabízí lineární dávkovače s přesností:

- Průtok ≥ 1 ml/hod: Přesnost $\leq \pm 2\%$
- Průtok < 1 ml/hod: Přesnost $\leq \pm 5\%$

Na základě praxe a klinických zkušeností, má uchazeč za to, že se jedná o klinicky nevýznamnou odchylku, která nemá vliv na medicínský účel, za kterým je tento zdravotnický prostředek pořizován. Splní uchazeč tímto způsobem požadavek zadavatele na přesnost dávkování přístroje?

ODPOVĚĎ 5

Vzhledem k charakteru použití lineárních dávkovačů (podávání léčiv v malých objemech) zadavatel požaduje přesnost +/- 2% v celém rozpětí dávkovacích režimů a i nadále trvá na požadovaných technických parametrech.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel při kontrole veřejné zakázky zjistil, že v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení je v údajích týkajících se předpokládané hodnoty veřejné zakázky a jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky uvedena nesprávně hodnota včetně DPH. Správný údaj o předpokládané hodnotě veřejné zakázky má obsahovat informaci o hodnotě bez DPH. Z tohoto důvodu upravuje zadavatel znění bodu 3. 7. Svazku 1 zadávací dokumentace, který po vysvětlení zní:

3. 7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě průzkumu trhu a je definována jako minimální hodnota zjištěná průzkumem trhu. Celkově činí **72.936.712 Kč bez DPH**, tj. **88.138.226,- Kč včetně DPH**. V členění na jednotlivé části je pak předpokládaná hodnota vymezena v hodnotách:

- ČÁST A Zobrazovací technika	21.950.000,- Kč bez DPH, tj. 26.559.500,- Kč včetně DPH
- ČÁST B Rehabilitační technika	5.129.581,- Kč bez DPH, tj. 6.206.793,- Kč včetně DPH
- ČÁST C Operační a sterilizační technika	9.692.195,- Kč bez DPH, tj. 11.727.555,- Kč včetně DPH
- ČÁST D Technika pro intenzivní, resuscitační a eliminační péči	27.772.970,- Kč bez DPH, tj. 33.490.098,- Kč včetně DPH
- ČÁST E Diagnostická technika	8.391.967,- Kč bez DPH, tj. 10.154.280,- Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota jednotlivých přístrojů (bez DPH) je pak definována v Příloze č. 1 Souhrn přístrojů tohoto svazku zadávací dokumentace.

Současně zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace dokument **SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky - Příloha č. 1 Souhrn přístrojů_7_8_2017** s upravenými předpokládanými hodnotami jednotlivých přístrojů.

Zadavatel dále upravuje výši předpokládané hodnoty zakázky a výši předpokládaných hodnot jednotlivých částí zakázky v souladu s výše uvedenými informacemi.

Oprava formuláře Oznámení o zakázce bude uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

Zadavatel posoudil povahu změny a konstatuje, že změna nemá takovou povahu, aby byla důvodem k prodloužení lhůty pro podání nabídek

Přílohy:

SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky - Příloha č. 1 Souhrn přístrojů_9_8_2017

V Brně, dne 9. 8. 2017