

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:

Dodávka RTG přístroje

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Z2017-036647

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Sídlo:

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

IČ:

276 60 915

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

Forma zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Zadavatel v příloze č. 2 - SVAZEK 3 - příloha č. 2 - Tabulka s technickými parametry požaduje:

Vertigraf:

- *Možnost horizontálního snímkování kolmo a souběžně s osou patientského stolu*

Bude zadavatel považovat tento požadavek za splněný v případě, že nabídneme plně automatizovaný DR RTG systém renomovaného světového výrobce v konfiguraci s vertikálním stativem motoricky pojízdným po podlahové kolejnici rovnoběžně s dlouhou osou stolu, kdy detektor se při této konfiguraci s kolejnici může otáčet okolo vertikální osy v rozsahu +/- 45 st. (90°) od 0 roviny kolmé na dlouhou osu stolu? Naše řešení umožňuje snadné snímkování na stole ležícího (trauma) pacienta horizontálním paprskem v praxi běžně využitelných úhlech tj. +/-45 st. od kolmé roviny a pro běžnou vyšetřovací praxi je naprosto odpovídající. Naše navrhovaná konfigurace je v ČR odzkoušena a provozována na několika velmi exponovaných rtg pracovištích vč. traumatologického provozu a nikdo z dosavadních uživatelů neshledal případnou absenci některé z traumatologických vyšetřovacích projekcí a pozic. Námi navrhované řešení umožňuje provádět veškeré známé projekce a pozice jak pro použití ve všeobecné radiografii, tak také v traumatologii bez nutnosti další manipulace s pacientem, zároveň nabízí pohodlnou a bezpečnou pozici asistující osoby v případě potřeby být u pacienta při provádění vyšetření.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na tom, aby u pohyblivého vertigrafu byla možnost i snímkování jak v podélné tak v příčné ose stolu. Toto řešení je pro zadavatele ergonomičtější a z pohledu provozu lépe splní požadavky radiologických asistentů obsluhujících daný přístroj.

DOTAZ 2

Zadavatel v příloze č. 2 - SVAZEK 3 - příloha č. 2 - Tabulka s technickými parametry požaduje:

Detektory:

- *Detektor musí disponovat dokovací stanicí pro dobíjení a ukládání, a v případě bateriového napájení musí být kapacita baterie dostatečná nejméně pro 70 projekcí bez nabití.*

Bude zadavatel považovat tento požadavek za splněný v případě, že nabídneme mobilní detektor se 3mi bateriemi a nabíječ baterií, nikoliv dokovací stanici pro detektor? Námi nabízené detektory jsou vybaveny bateriemi s vysokou kapacitou umožňujícími až 340 expozic na jedno nabití, výměna baterie je velmi jednoduchá a rychlá pomocí tlačítka pro výměnu baterie na detektoru. Při výměně baterie detektor zůstává stále v provozním stavu a je schopen ihned po výměně baterie okamžité akvizice snímku bez jakéhokoliv prodlení. Obsluha vždy vidí úroveň vybití baterie a systém průběžně upozorňuje obsluhu v případě, že se stav vybití baterie blíží kritickému stavu.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje detektor, který bude disponovat dokovací stanicí nebo případně fungovat s pomocí bateriového napájení (o kapacitě baterie min 70 projekcí bez nabití). Tazatelem popisované řešení je tak plně v souladu s požadavky zadavatele.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek a vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 12. 1. 2018