

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:

Dodávka RTG přístroje

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Z2017-036647

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Sídlo:

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

IČ:

276 60 915

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

Forma zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatelů poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V zadávací dokumentaci, svazku 3 "Tabulka s technickými parametry", Zadavatel v části "Pracovní – akviziční stanice" mimojiné požaduje:

- LCD dotykový monitor pro práci a náhled snímků s úhlopříčkou min. 21"

Naše společnost disponuje RTG přístrojem s pohyblivým vertigraferem, který splňuje veškeré ostatní technické požadavky na poptávaný přístroj, jeho akviziční stanice má však dotykový LCD displej pouze o úhlopříčce 19".

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel bude akceptovat LCD dotykový monitor i s úhlopříčkou 19".

DOTAZ 2

Zadavatel v příloze č. 2 - SVAZEK 3 - příloha č. 2 - Tabulka s technickými parametry požaduje: Maximální dosažitelnou hodnotou proudu min. 800 mA a rozsahem elektrického množství alespoň 0,5 – 800 mAs.

Radiologické standardy uvádějí pro skiagrafické vyšetření bederní páteře pro muže o hmotnosti 77 kg hodnotu 60 mAs pro AP projekci (při 90 kV a SID 120 cm); a 80 mAs pro LAT projekci (při 100 kV a SID 120 cm). Z klinické oblasti je navíc prokázáno, že při skiagrafických vyšetřeních nejsou hodnoty nad 300 mAs využitelné.

Námi nabízený přístroj světového výrobce disponuje generátorem s rozsahem 0,5 – 600 mAs, tedy s možností využití mnohem vyššího elektrického množství, než je v praxi použitelné.

Bude zadavatel akceptovat nabídku vysoce kvalitního zařízení renomovaného světového výrobce s rozsahem elektrického množství 0,5 – 600 mAs?

ODPOVĚĎ 2

Ano, zadavatel bude akceptovat rozsah nastavení elektrického množství 0,5-600mAs.

DOTAZ 3

Zadavatel v příloze č. 2 - SVAZEK 3 - příloha č. 2 - Tabulka s technickými parametry pro stacionární (manuální) vertigrafov požaduje:

Možnost horizontálního snímkování kolmo a souběžně s osou patientského stolu.

Již ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12. 1. 2018 zadavatel potvrdil, že trvá na tom, aby u pohyblivého vertigrafu byla možnost snímkování jak v podélné, tak v příčné ose stolu.

Tento požadavek je však v technické specifikaci uvedený také pro stacionární vertigrafov, kde nemá z klinického hlediska opodstatnění. S rentgenkou na stropním závěsu totiž není možné najet tak, aby bylo umožněno snímkování na stacionární vertigrafov otočený o $\pm 90^\circ$. Z tohoto důvodu se domníváme, že se jedná o administrativní chybu a že tento požadavek se měl vztahovat pouze k vertigrafov pohyblivému (motorizovanému). Bude zadavatel akceptovat nabídku vysoce kvalitního zařízení renomovaného světového výrobce se stacionárním vertigrafov bez možnosti otáčení okolo vertikální osy?

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel prověřil stanovené technické parametry a konstatuje, že tento požadavek byl u stacionárního vertigrafu uveden nedopatřením a zadavatel tak bude akceptovat stacionární vertigrafov bez možnosti otáčení okolo vertikální osy.

INFORMACE I

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení předkládá nový, upravený a pro zpracování nabídky závazný dokument „SVAZEK 3 - příloha č. 2 - Tabulka s technickými parametry“, který zohledňuje všechna výše poskytnutá vysvětlení.

INFORMACE II

Zadavatel v souvislosti s výše poskytnutým Vysvětlením zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby po uveřejnění tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace lhůta pro podání nabídek činila nejméně tolik, kolik byla její původní délka. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:
Datum: **8. 3. 2018** Čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **8. 3. 2018** Čas: **10:10 hodin**.

Příloha: SVAZEK 3 - příloha č. 2 - Tabulka s technickými parametry (vyplnit)_vy2