



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 19.6.2018

ZADAVATEL: Uherskohradištská nemocnice a.s.
Sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
Zastoupený: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva
IČO: 276 60 915

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradištské nemocnici a. s. – II. etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Část 2 - Inkubátory

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 Technické specifikaci pro část 2 Inkubátory v položce Inkubátor vyšší třídy – 1 ks

- *systém pro vypuštění nadbytečné kondenzované vody*

Účastník nabízí novější technické řešení zvlhčovacího systému, kdy je ohříváno pouze nepatrné množství vody, které po rozptýlení do kompartimentu (také díky dvojité stěně a vzduchové izolaci) nekondenzuje.

Toto řešení zároveň umožní prodloužení doby pobytu novorozence v lůžku na 14 dní při dodržení hygienicko epidemického režimu.

Umožní zadavatel technické řešení, kdy voda v inkubátoru nekondenzuje a zároveň toto řešení umožňuje pobyt novorozence v inkubátoru až dva týdny bez nutnosti výměny inkubátoru?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pokud technické řešení zvlhčovacího systému zamezí vzniku kondenzované vody, tak systém pro vypouštění nadbytečné kondenzované vody nepotřebujeme.
Zadavatel přikládá upravenou technickou specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 Technické specifikaci pro část 2 Inkubátory v položce Inkubátor – 1 ks

- *měření teploty pokožky novorozence – teplotní čidla součástí nabídky, 1x čidlo pro centrální kožní teplotu, 1x čidlo pro periferní kožní teplotu*

Dvě teplotní čidla (pro centrální kožní teplotu a pro periferní kožní teplotu) jako součást inkubátoru naleznou odpovídání u kombinovaných inkubátorů pro předejití infekčního onemocnění (většinou extrémě nezralý novorozence).

U fyziologických novorozenců, ležících ve standartních inkubátorech se dvě teploty neměří, využití nalezne pouze jedno teplotní čidlo.

Bude zadavatel akceptovat jako splnění technické specifikace inkubátor s jedním teplotním čidlem ?



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Nabídku inkubátoru s jedním teplotním čidlem pro centrální kožní teplotu budeme akceptovat. Zadavatel přikládá upravenou technickou specifikaci.

Část 4 – Ultrazvuky nižší třídy

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Pro část 4 - přenosný ultrazvuk ro ARO

Zadavatel požaduje :

- **automatická lupa - zvětšení okolí kurzoru při měření ve 2D i dopplerovském zobrazení**

Tento požadavek je možno brát jako preferenci pro určitého výrobce. Trvá zadavatel na tomto požadavku nebo bude akceptovat přístroj nabízený se standardními metodami zoomu ?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Požadujeme automatickou lupu - zvětšení okolí kurzoru při měření ve 2D i dopplerovském zobrazení.

Jiné řešení nebudeme akceptovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Pro část 4 – UZ pro cévní diagnostiku a neurologii

Zadavatel požaduje:

- **mechanická QWERTY klávesnice zajiřďující pod nebo do ovládacího panelu**

Je možno nabídnout i UZ s klávesnicí na ovládacím panelu, nebo zadavatel trvá na zajiřďující klávesnici ?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Požadujeme mechanickou QWERTY klávesnici zajiřďující pod nebo do ovládacího panelu. Pevnou klávesnici na ovládacím panelu nepřipouřtíme.

Znění řádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Pro řást 4 – UZ pro urologii

Zadavatel požaduje

- **hmotnost do 76 kg, řířka řístroje do 55 cm**

Je tato váha nepřekrořitelná, nebo bude zadavatel tolerovat o něco vyšří váhu řístroje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadaná váha i řířka řístroje je nepřekrořitelná.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

S ohledem na výře uvedené vysvětlení zadavatel v souladu s ř 99 odst. 2 řákona řění lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pro části 2, 6 a 7:

Původní lhůta pro podání nabídek:

Datum: 23.7.2018

Hodina: 10.00

Nová lhůta pro podání nabídek:

Datum: 25.7.2018

Hodina: 10:00

Místo pro podání nabídek i místo, kde se uskuteční otevírání nabídek, se nemění.

Pro ostatní části (1, 3, 4, 5, 8, 9, 10):

Původní lhůta pro podání nabídek:

Datum: 27.6.2018

Hodina: 10.00

Nová lhůta pro podání nabídek:

Datum: 28.6.2018

Hodina: 10:00

Místo pro podání nabídek i místo, kde se uskuteční otevírání nabídek, se nemění.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz