



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 ZE DNE 3.7.2018

ZADAVATEL: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
Zastoupený: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva
IČO: 276 60 915

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s. – II. etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Část 7 - RTG přístroje

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel u Stacionárního skiagrafického přístroje s přímou digitalizací požadoval před zveřejněním a korekcí ZD řešení obvyklé, a to jak v konfiguraci detektorů, tak v ostatních požadavcích na vyjímatelný detektor ve stole (velikost, kombinace připojení bezdrátového nebo kabelového atd.). Námi nabízené řešení danou ZD splňovalo.

Po zveřejnění Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 ze dne 15.6.2018, konkrétně odpovědí na dotazy č. 1, č. 2 a č. 3 týkající se požadavků na detektory, došlo ke změně zadání, které námi nabízené řešení renomovaného výrobce není schopné splnit. Dotazy se odkazovaly na části ZD, které se v různých částech ZD výrazně lišily, a přitom by měly popisovat stejnou součást dodávky.

Uchazeč se domnívá, že položený dotaz byl zodpovězen správně, ale byla provedena nepřiměřená korekce části parametrů, a to včetně zvětšení aktivní plochy detektoru z původního rozměru 35x42 cm na rozměr min. 41x41cm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku odpovídající původnímu technickému popisu řešení, tedy s jedním přenosným detektorem ve stole s velikostí aktivní plochy min. 35x42 cm a jedním fixním detektorem ve vertigrafu s aktivní plochou min. 41x41 cm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Nabídku nebudeme akceptovat. Pro vertigraf i stůl požadujeme detektor obrazu vel. min. 41x41 cm a větší s možností bezdrátového připojení v případě uložení detektoru v Bucky připojení kabelem.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz