

Zadavatel veřejné zakázky

Uherskohradištská nemocnice a.s.

IČ 27660915

se sídlem Uherské Hradiště, J.E.Purkyně 365, PSČ 686 68

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

v oddílu B, vložce 4420

Název veřejné zakázky

Počítačový tomograf – CT

Číslo jednací

01022013

V Praze dne 28.3.2013

Informace o podaných námítkách a rozhodnutí o nich

Zadavatel Uherskohradištská nemocnice a.s., IČ 27660915, se sídlem Uherské Hradiště, J.E.Purkyně 365, PSČ 686 68 obdržel dne 21.3.2013 námítky dodavatele proti zadávacím podmínkám ve smyslu ust. §110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v nichž dodavatel zejména uvedl, že zadavatel v zadávací dokumentaci v části 3, článek 1 – předmět veřejné zakázky, uvedl požadavek na šířku detektoru v ose Z minimálně 40 mm, čímž měl omezit soutěž dodavatelů a jejich účast v zadávacím řízení, kdy tento technický požadavek může mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Dodavatel dále v námítkách uvedl, že užívá jinou technologii spočívající v tom, že jejich 64vrstvý CT přístroj obsahuje 32 fyzických vrstev na detektoru (šířka detektoru v ose Z 19,2 mm), kdy s pomocí kmitajícího ohniska lampy Straton v Z-směru těchto 32 řad přečte dvakrát po sobě s ohniskem posunutým o 0,3 mm, tím se získá z akvizičního systému z každé projekce 64 datových stop v ose Z. Tento překrývající se způsob akvizice dat umožňuje nastavit při vyšetření větší pitch (posun stolu) bez ztráty kvality obrazu, v důsledku čehož je vyšetření provedeno rychleji a s menší radiační dávkou pro pacienta než u klasických 64vrstvých přístrojů se širokým detektorem. Dodavatel dále ve svých námítkách uvedl, že 64vrstvý přístroj, který používá popsanou technologii, sice nesplňuje zadavatelem požadovanou šířku detektoru v ose Z minimálně 40 mm, ale zcela splňuje diagnosticko-terapeutický účel zadavatele. Dodavatel rovněž uvedl ve svých námítkách, že z diagnosticko-terapeutického účelu není žádný důvod trvat na požadavku na minimální šířku detektoru v ose Z minimálně 40 mm, ale že je zjevné, že se jedná o diskriminační požadavek, přinášející výhodu pouze některým dodavatelům, vylučující z účasti jiné dodavatele a nepřinášející žádnou výhodu pro zadavatele a požadoval, aby zadavatel napadený technický požadavek na předmět plnění zrušil.

ADVIA GROUP s.r.o.
IČ 66 24 51 76Na Pořídí 1071/17
110 00 Praha 1Tel.: 222 313 042
Fax: 222 313 048e-mail: advia@advia.cz
URL: www.advvia.czČSOB a. s.
195 166 974 / 0300Zapsána v OR MS Praha.
Oddíl C., vložka 105653.

Zadavatel přezkoumal námitky dodavatele v plném rozsahu a dospěl k závěru, že námitky jsou i s ohledem na ust. §6 a ust. §45 odst. 1 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn důvodné a dne 28.3.2013 rozhodl tak, že zrušil požadavek uvedený v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Počítačový tomograf – CT“, evidenční číslo zakázky 238744 na požadované parametry a vlastnosti počítačového tomografu – CT, CT skener: - šířka detektoru v ose Z minimálně 40 mm. V souvislosti s tímto rozhodnutím byla provedena zadavatelem oprava zadávací dokumentace a dle ustanovení §40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn došlo ke stanovení nového data prohlídky místa plnění, k prodloužení lhůty pro podání nabídek a stanovení nového termínu otevření obálek.



ADVIA
ADVIA GROUP s.r.o. Na Pořiči 1071/17
110 00 Praha 1
Daniel Šrnc – jednatel

zástupce zadavatele

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Příloha:

- Dodatek č. 1 k zadávací dokumentaci

ADVIA GROUP s.r.o. IČ 66 24 51 76	Na Pořiči 1071/17 110 00 Praha 1	Tel.: 222 313 042 Fax: 222 313 048	e-mail: advia@advia.cz URL: www.advvia.cz	ČSOB a. s. 195 166 974 / 0300	Zapsána v OR MS Praha. Oddíl C., vložka 105653.
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	--